

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 仇翊	
	职称: 主管药师	
	工作单位: 常州市第一人民医院(退休)	
项目信息	项目名称: GE 一批设备维保项目	
	供应商名称: 通用电气医疗系统贸易发展(上海)有限公司	
专业人员论证意见	<p>该项目为GE一批医疗设备项目, 由于项目维保要求高, 其中全部零件需从原厂经过整机匹配性测试, 才能保证零件规格与统一匹配, 因此为保障原厂工作的正常开展, 尽可能减少故障风险, 建议由通用电气医疗系统贸易发展(上海)有限公司开展售后维护工作。与通用电气医疗系统贸易发展(上海)有限公司进行单一来源谈判。</p>	
专业人员签字	仇翊	日期 2024年2月29日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 许晓国	
	职称: 主任技师	
	工作单位: 青州市疾病预防控制中心	
项目信息	项目名称: GE 一批设备维保项目	
	供应商名称: 通用电气医疗系统贸易发展(上海)有限公司	
专业人员论证意见	<p>采购方拟采购的维保服务用于通用电气医疗系统贸易发展(上海)有限公司生产的专项设备,该公司可以保证原厂配件和专用检测软件的正常供应,并确保原厂工程师提供技术培训如专项维修和保养服务,因此对于所需维保服务中的原厂配件的唯一性和不可替代性,建议采用单一来源采购方式与通用电气医疗系统贸易发展(上海)有限公司进行单一来源谈判采购。</p>	
专业人员签字	许晓国	日期 2024年2月29日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 汪正华
	职称: 高二
	工作单位: 江苏润达医疗管理有限公司
项目信息	项目名称: GE 一批设备维保项目
	供应商名称: 通用电气医疗系统贸易发展(上海)有限公司
专业人员论证意见	<p>本次维保的设备由通用电气医疗系统贸易发展(上海)有限公司研发和生产, 由该公司维护保养具有以下因素:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. 设备全部零配件是该公司经过整机正压机测试认证, 可减少故障风险, 保障医疗工作的正常开展。</li><li>2. 该公司维保人员是原厂工程师, 是厂家定期技术培训和考核, 具有优秀的维修能力。并有原厂开发的驱动和保养</li></ol>
专业人员签字	汪正华 日期 2024年2月29日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

控制软件。  
备件具有唯一和不可替代性。

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 罗强	
	职称: 高级兽医师	
	工作单位: 常州市动物疫病预防控制中心	
项目信息	项目名称: GE 一批设备维保项目	
	供应商名称: 通用电气医疗系统贸易发展(上海)有限公司	
专业人员论证意见	<p>该批设备属高技术、高价值精密设备, 需对设备进行定期、专业的维护保养, 以保障设备安全稳定运行, 以减少故障, 提高使用效益。设备原厂维保可以保证维保人员的专业性、配件的质量, 同时原厂维保符合规范, 有效控制各类风险。因此, 建议通用电气医疗系统贸易发展(上海)有限公司作为单一来源供应商。</p>	
专业人员签字	罗强	日期 2020 年 2 月 29 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名： <b>王苏建</b>
	职称： <b>主任技师</b>
	工作单位： <b>常州市第二人民医院</b>
项目信息	项目名称：GE 一批设备维保项目
	供应商名称：通用电气医疗系统贸易发展(上海)有限公司
专业人员论证意见	<p>本次维保的设备由通用电气医疗系统贸易发展(上海)有限公司研发和生产,设备全部零配件也是通用电气医疗系统贸易发展(上海)有限公司经过整机匹配性测试注册,只有该公司才能保证配件规格的统一匹配,因此为保障医疗工作的正常开展,尽可能减少故障风险,须由通用电气医疗系统贸易发展(上海)有限公司开展维保维护工作。因此通用电气医疗系统贸易发展(上海)有限公司进行单一来源谈判采购。</p>
专业人员签字	<b>王苏建</b> 日期 <b>2024年2月29日</b>

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。