

单一来源采购方式专业人员论证意见

| | | |
|--------------|--|--|
| 专业人员信息 | 姓名: <u>胡子为</u> | |
| | 工作单位: <u>深阳市人民医院</u> | |
| | 职务/职称: <u>高级</u> | |
| 项目信息 | 项目名称: DSA 维保 | |
| | 供应商名称: 西门子医疗系统有限公司 | |
| 专业人员 论证意见 | <p>深阳市中医院原DSA设备由西门子公司研发和生产, 只有西门子医疗有限公司才能保证设备使用及维修中备件规格的统一, 保证设备稳定高效运行。为保障患者的治疗安全, 提供互联网远程故障诊断服务, 根据政府采购法第三十一条第一款和第三款规定:</p> <p>建议该项目采用单一来源方式, 由西门子医疗系统有限公司承接。</p> | |
| 专业人员签字 | <u>胡子为</u> | 日期 <u>2024</u> 年 <u>8</u> 月 <u>5</u> 日 |

单一来源采购方式专业人员论证意见

| | | |
|--------------|--|--|
| 专业人员信息 | 姓名: <u>钱真</u> | |
| | 工作单位: <u>漯河市税务局</u> | |
| | 职务/职称: <u>中级</u> | |
| 项目信息 | 项目名称: DSA 维保 | |
| | 供应商名称: 西门子医疗系统有限公司 | |
| 专业人员 论证意见 | <p>1. 备件技术标准: 只有西门子医疗有限公司才能保证备件规格统一, 符合原厂标准, 能够满足国家质控要求。</p> <p>2. 西门子医疗系统有限公司具备国内备件库, 能够第一时间为医疗机构提供原厂备件, 来源可靠, 可追溯来源。</p> <p>3. DSA系治疗类设备, 用于心脏介入、神经介入或外周介入手术。出现故障时, 需及时有效解决, 保证设备稳定高效运行。原厂提供互联网远程故障诊断服务, 可第一时间排除故障, 及时、稳定运行维修, 为患者安全做好保障。</p> <p style="text-align: center;">综上, 建议采用单一来源采购方式。</p> | |
| 专业人员签字 | <u>钱真</u> | 日期 <u>2024</u> 年 <u>8</u> 月 <u>5</u> 日 |

单一来源采购方式专业人员论证意见

| | | |
|--------------|---|--|
| 专业人员信息 | 姓名: <u>刘启平</u> | |
| | 工作单位: <u>深圳市新奥燃气设备有限公司</u> | |
| | 职务/职称: <u>总工程师</u> | |
| 项目信息 | 项目名称: DSA 维保 | |
| | 供应商名称: 西门子医疗系统有限公司 | |
| 专业人员 论证意见 | <p>该设备只有原厂的服务才能保障设备 运行,才能减少故障风险,保证设备的 使用寿命. 西门子医疗公司,具有国内最好 的-检测服务-来源可靠.</p> <p>该设备用于深圳市中心医院介入手术,出 现问题时能及时有效的解决,以保证设备的 安全. 原厂能提供最及时的维修服务,以保 证该设备的正常运行.</p> <p style="text-align: center;">该设备建议采用单一来源采购的方式</p> | |
| 专业人员签字 | <u>刘启平</u> | 日期 <u>2010</u> 年 <u>8</u> 月 <u>5</u> 日 |