

江苏省政府采购评审专家通知情况表

本表打印时间: 2024-11-13 13:37:13

一、项目基本信息表

| | | | |
|--------|-----------------------|--------|----------------------------------|
| 项目编号 | 无 | 项目名称 | 西门子血管造影系统Artis Q Celina球管更换项目 |
| 采购方式 | 单一来源 | 采购单位名称 | 溧阳市人民医院 |
| 评审地点 | 江苏省溧阳市嘉源广场2幢1单元 5楼 | 评审时间 | 2024-11-13 14:00 |
| 库内抽取人数 | 3 | 库外抽取人数 | |
| 代理机构名称 | 江苏溧投招标服务有限公司 | 抽取人 | 姜玉琳 |

二、库内专家抽取情况表

| 姓名 | 性别 | 身份证号 | 所在地 | 工作单位 | 专业分类 | 手机号 | 签到 |
|-----|----|------------|-----|--------------|------|-------------|-----|
| 蒋一鸣 | 男 | 320***0034 | 溧阳市 | 溧阳市政府行政科 | 专用设备 | 13815088855 | 蒋一鸣 |
| 史永广 | 男 | 320***2219 | 溧阳市 | 江苏溧阳城建集团有限公司 | 专用设备 | 18906144752 | 史永广 |
| 蒋小安 | 男 | 320***7416 | 溧阳市 | 溧阳市南渡镇中心卫生院 | 专用设备 | 13961206216 | 蒋小安 |






三、现场补抽专家情况表

| 姓名 | 性别 | 身份证号 | 所在地 | 工作单位 | 专业分类 | 手机号 | 签到 |
|----|----|------|-----|------|------|-----|----|
| | | | | | | | |

四、专家请假情况表

| 姓名 | 性别 | 身份证号 | 所在地 | 工作单位 | 专业分类 | 手机号码 | 备注 |
|----|----|------|-----|------|------|------|----|
| | | | | | | | |



单一来源采购方式专业人员论证意见

| | | |
|--------------|--|--|
| 专业人员信息 | 姓名:  | |
| | 工作单位:  | |
| | 职务/职称:  | |
| 项目信息 | 项目名称: 西门子血管造影系统 Artis Q Celving 球管更换项目 | |
| | 供应商名称: 西门子医疗系统有限公司 | |
| 专业人员 论证意见 | <p style="text-align: center;"></p> | |
| 专业人员签字 |  | 日期 <u>2024</u> 年 <u>11</u> 月 <u>13</u> 日 |

单一来源采购方式专业人员论证意见

| | | |
|--------------|---|---------------------|
| 专业人员信息 | 姓名: 史永广 | |
| | 工作单位: 江苏溧阳城建集团有限公司 | |
| | 职务/职称: | |
| 项目信息 | 项目名称: 西门子血管造影系统 Artis Q Celing 球管更换项目 | |
| | 供应商名称: 西门子医疗系统有限公司 | |
| 专业人员 论证意见 | <p style="text-indent: 2em;">溧阳市人民医院血管造影系统。现有品牌为西门子，该设备属于专业医用检查设备，其中任何一个零配件的参数都会影响成像质量。检查效果。</p> <p style="text-indent: 2em;">球管属于其重要的高价值零配件，非原厂球管在零配件货源、技术专业及维护保养人员等方面均不可能可靠保障，仅西门子原厂球管可用，具有唯一不可替代性。</p> | |
| 专业人员签字 | 史永广 | 日期 2020 年 11 月 13 日 |

单一来源采购方式专业人员论证意见

| | | | |
|--------------|--|---|--|
| 专业人员信息 | 姓名: |  | |
| | 工作单位: | 机关事务管理中心 | |
| | 职务/职称: | 科长 | |
| 项目信息 | 项目名称: | 西门子血管造影系统 Artis Q Celing 球管更换项目 | |
| | 供应商名称: | 西门子医疗系统有限公司 | |
| 专业人员 论证意见 | <p>该设备属于专用专用设备， 附件是技术要求的只有原厂是 用。对比其他厂家方配件，均有 可能影响原设备工作持续，该 厂原厂球管可用，具有唯一性，因此 推荐单一来源采购。</p> | | |
| 专业人员签字 |  | 日期 2020年11月13日 | |