

# 投标分项报价表

项目编号/包号：JSZC-320412-CTZB-G2024-0406/02 包

项目名称：江苏常州经济开发区街道社区卫生服务中心一批医疗设备采购项目

报价单位：人民币元

序号	分项名称	品牌商标	规格型号	技术参数	数量	单位	投标价格	
							单价	合价
1	肺功能测试仪（工作站）	捷斯特	PC-10	<p>1、产地：日本原装进口</p> <p>2、证件类：具有 CFDA 认证，ISO13485 认证，日本 PMDA 认证</p> <p>传感器技术：采用网孔薄膜压差检测技术，原装进口。</p> <p>3、FVC（用力肺活量）参数：含 FVC、FEV1、FEV1%、PEF、FEF25、FEF50、FEF75、MMEF、Extrap V 等 40 个以上参数；</p> <p>4、VC（肺活量）参数：VC、IC、TV、ERV、IRV、VC/HT 等；</p> <p>5、MVV（分钟最大通气量）参数：MVV、RR、TV、MVV/BSA、AVI 等；</p> <p>6、MV（分钟通气量）参数：MV、TV、RR、BR、VR 等；</p> <p>7、舒张试验：BD 试验（支气管舒张试验）</p> <p>8、激发试验：激发试验软件</p>	1	台	137500元	137500元

			<p>(可根据需要设定药物信息及浓度要求)</p> <p>9、测量曲线：流速-容量环，容积-时间曲线，且动态曲线实时显示</p> <p>10、流量测量范围和精确度： 容积范围：0.01~10.0L 容积分辨率：0.01L 容积精确度：3%或 0.05L， 取两者中较大者</p> <p>11、流速测量范围和精确度： 流速范围：0.05~14.0L/s 流速分辨率：0.01L/s 流速精确度：5%或 0.2L/s， 取两者中较大者</p> <p>12、容量定标和质控功能： 仪器自带零点校正，支持1-6L 不同定标筒进行容量定标，具备三流速质量控制功能</p> <p>13、测试引导：具备吹气球激励动画引导功能，同时可选其他动画</p> <p>14、环境参数：含温度、湿度、大气压、亮度等 5 项环境参数自动检测</p> <p>15、报告模式：支持 A4 格</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			式打印报告，显示参数可根据需要进行优化调整功能报告格式符合国内指南最新标准，具备患者信息数字化档案管理工作 16、对接功能：智能物联，具备扫码录入功能，可以支持对接 His/Lis 系统				
合 计						1375 00 元	13750 0 元

- 注：1. 本表应按包分别填写。  
 2. 如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。  
 3. 本表行数可以按照项目分项情况增加。  
 4. 上述各项的详细规格、技术参数如表格中填有下划线的，可以逐项另页描述。

投标人名称（加盖公章）：\_\_\_\_\_

日期：2024 年 12 月 21 日

